

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：生物安全操作台

項次	品名及規格	數量	單位
1	1. 垂直落地型，符合 Class II Type A2 Biosafety 可防止操作者及環境受到污染。 2. 操作寬度：1800 ± 500 mm；深度 600 ± 50 mm 之生物安全操作櫃。 3. 操作櫃必需具有 ANSI/NSF 49 認證或同等國際認證，並具認證標章。 4. 具氣流警報、控制、監控系統。 5. 使用節能吸排風直流馬達。 6. 用 ULPA 級的濾網，效果 99.999% 以上 at 0.3-0.12 顆粒。 7. 機身外部需有抗菌烤漆。 8. Filter 為金屬外框。 9. 前面的拉門玻璃採用無框架設計，方便清潔。 10. 即時風速監控顯示，顯示下吹、吸入氣流、時間等，多項資訊。 11. 可顯示濾網及 UV 燈壽命。 12. 機身傾角設計，方便操作。 13. 有紫外線的安全互鎖設計，櫃門拉開自動停止，照射時間可依需求自行設定。 14. 使用 110V 電源，通過國際安全規定。 15. 產品保固 3 年，可不含耗材或濾網。 16. 可提供安裝後，符合 NSF 認證檢測報告書。 17. 可於保固期內定期維修及進行檢測，並提供經 NSF 認證的檢測報告。	2	套
本採購案是否有後續擴充 <input type="checkbox"/> 是，擴充期間 _____、金額或數量 _____。 <input checked="" type="checkbox"/> 否。			
交貨期限： <input checked="" type="checkbox"/> 合約生效日起 90 日內 <input type="checkbox"/> 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日前 <input type="checkbox"/> L/C 開出日起 _____ 日內。			
保固期限：自驗收合格之日起保固 3 年。			

請購單位：醫學系微生物學科

請購單位主管簽章：

請購人簽章：

聯絡電話：03-8565301 轉 2082

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。