

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：二氧化碳分析儀

項次	品名及規格	數量	單位
1	品名：二氧化碳分析儀 (Carbon Dioxide Analyzer) 規格： <ul style="list-style-type: none"> - 抽取氣體流量(sample rate flowmeter): 最小範圍 10-30 ml/min - 測量範圍 (measurement range): 0-10% CO2 - 反應時間 (response time): 250 ms at 30 ml/min sampling - Analog output scaling: 100 mV% CO2 - 類比輸出訊號連接線：可提供 ADI PowerLab 與 BIOPAC System MP150 擷取系統同步使用 	1	組


本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。
 否。

交貨期限： 合約生效日起____日內 民國 106 年 9 月 30 日前 L/C 開出日起____日內。


保固期限：自驗收合格之日起保固 一 年。

請購單位： 生理學科

請購單位主管簽章： 郭昶志



請購人簽章：賴靜蓉



聯絡電話： 分機 2133

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

機關辦理工公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。