

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱： 六尺生物安全操作台

項次	品 名 及 規 格	數 量	單 位
	1.須符合標準 Class II 等級實驗室使用的認證 2.具雙馬達設計，獨立電腦調節吸風排風風速，可自動調整風流速率，可連續確保安全氣流 3.數位顯示 HEPA FILTER 運作效能及維修指示燈 4.外尺寸最小，長度不得大於 200 公分 5.內部構造採 100%不銹鋼，為一體成型無縫設計。	1	台
(本單不敷使用時，請自行影印加附)			
本採購案是否有後續擴充 <input type="checkbox"/> 是，擴充期間_____、金額或數量_____。 <input type="checkbox"/> 否。			
交貨期限： <input type="checkbox"/> 合約生效日起____日內 ● 民國 <u>106</u> 年 <u>10</u> 月 <u>06</u> 日前 <input type="checkbox"/> L/C 開出日起____日內。			
保固期限：自驗收合格之日起保固 <u>1</u> 年。			

請購單位： 醫學科學研究所 _____

請購單位主管簽章：  _____

請購人簽章：  _____

聯絡電話： 2011 _____

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。
 機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。
招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。