

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：-86 度 C 超低溫冷凍櫃

| 項次 | 品 名 及 規 格 | 數 量 | 單 位 |
|---------------------|---|-----|-----|
| | 1. 容量：390 公升(直立式) 2. 操作溫度 可介於-20~-86°C 3. 操作溫度及高低溫警報皆可獨立設定，溫度調整以 1°C為單位 4. 空氣冷卻式冷凍系統，至少可於環境溫度 32°C以下仍可正常運轉 5. 保固: 2 年且保固期內若故障，四小時內提供備機使用。 | 1 | 台 |
| (本單不敷使用時，請自行影印加附) | | | |

本採購案是否有後續擴充 是，擴充期間_____、金額或數量_____。


否。

交貨期限：合約生效日起____日內 ●民國 106 年 10 月 06 日前 L/C 開出日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 2 年。

請購單位： 醫學科學研究所

請購單位主管簽章： 

請購人簽章： 

聯絡電話： 2011

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。