SA1080050

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：遠紅外線治療儀

項目	品　　名	規　　格　　說　　明	數量	備　註
一.	電器規格	1. 消耗功率：160w 以下 2. 輸入電壓： 110 Volts，50Hz/60Hz		
二.	遠紅外線發射器	1. 遠紅外線放射板:遠紅外線放射板總面積大於 180 平方公分。 2. 照射能量密度：照射距離 30 公分，功率密度在 15 mw/cm2 以下。 3. 操 作 角 度：具雙向轉軸，可微調上下仰角及左右旋轉角度。 4. 外 殼 材 質：可長期耐溫的金屬材料。 5. 防 護 裝 置： (1)照射器內部導熱結構，照射器外殼不燙。 (2)照射器內部過熱斷電裝置。 (3)可撓式安全距離提示桿。	1	個
三	控制箱	1. 操 作 面 板：觸動開關 2. 定 時 開 關： (1)電子式控制,可數字顯示剩餘時間 (2)時間設定範圍 5 分鐘~90 分 (3)連續使用功能設定： 可作長時間 8 小時以上照射特殊用途使用 3. 強 度 設 定：弱(low)、中(Med)、強(high)三種。 4. 全自動設定：單鍵快速設定自動模式 5.使用時數提示：內鍵可顯示累計使用時數計數功能	1	個
四	懸吊機構	二節屈伸,免手轉螺絲固定之隨意平衡式。	1	個
五.	高度昇降桿	氣壓無段式昇降。	1	個
六	底座	五爪帶輪可移動，附拆卸式配重裝置。	1	組

本採購案是否有後續擴充 □是，擴充期間_____、金額或數量_____。
■否。

交貨期限：■合約生效日起 30 日內 □民國____年____月____日前 □L/C 開出日起____日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：遠紅外線治療儀

請購單位： 學士後中醫學系　　**請購單位主管簽章：** 學士後中醫學系 主任林宜信

請購人簽章： 學士後中醫學系 主任林宜信　　**聯絡電話：** #7514

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，**在目的及效果上均不得限制競爭**。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。