# 慈濟學校財團法人慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：振盪式切片機

| 項次 | 品　名　及　規　格 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 一 | 主件：<br>1. 切片振動頻率可調 0~100 Hz 或以上。<br>2. 切片速度連續調整 0.05~2 mm/s 或以上，迴返速度 5 mm/s 或以上。<br>3. 切片可調範圍 1~40mm 或以上。<br>4. 標本回縮可調範圍 0-999μm 或以上。<br>5. 最大標本尺寸:≧ 30 x 30 mm。<br>6. 標本座可旋轉≧300°。<br>7. 切片厚度可調範圍 1~999 μm 或以上，調整間格 1μm 或以上。<br>8. 機體 2x 放大鏡。<br>9. 可設定單一切片或連續切片。<br>10. 多段可調式振幅，0~1 mm 或以上。<br>11. 有緊急停止安全設計。<br>12. 使電壓 100~240V.<br>配件:<br>1. 樣本盤 2 pcs.<br>2. 緩衝液盤 1 pcs.<br>3. 單刃刀片刀夾<br>4. 防塵套<br>5. 冷光源和光纖照明系統。 | 1 | 組 |

本採購案是否有後續擴充 □是，擴充期間＿＿＿＿＿＿、金額或數量＿＿＿＿＿＿。
☑否。

交貨期限：☑合約生效日起 90 日內 □民國＿＿年＿＿月＿＿日前 □L/C 開出日起＿＿日內。

保固期限：自驗收合格之日起保固 1 年。

請購單位：研究發展處　　請購單位主管簽章：

請購人簽章：蔣嘉興　　聯絡電話：03-8565301 分機 1403

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。

招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。

1020104