


慈濟大學採購規格書

採購標的名稱：微盤分光光譜儀

項次	品名及規格	數量	單位
1	品名：微盤分光光譜儀 規格： 1. 可讀取微量盤類型包含 6、12、24、48、96 孔微量盤(或以上) 2. 讀取波長範圍涵蓋 200-999 nm(或以上)，可調刻度為 1nm(或以下) 3. 具 Endpoint, Kinetic, Spectral scanning, Well area scanning 等測讀模式 4. 具自動 Pathlength Correction 功能，以水或非水為溶劑之 K 值皆能自動換算出 1cm 光徑讀值 5. 讀值範圍需含蓋 0- 4.000 OD(或以上) 6. 吸收值解析度可達 0.0001 OD(或更佳) 7. 判讀速度 96 孔盤需小於 15 秒(或更佳) 8. 提供控制分析軟體 一套 (1) 需可設定多重波長判讀 (2) 可依據樣品濃度高低自動標定不同色階方便報告判讀 (3) 可與 Excel 形成巨集，以自訂電子報告與書面報告格式 9. 具 CE、TUV 與 IVD 等認證(或同等品) 10. 操控電腦 處理器：Intel Core i5 (或以上) 記憶體：8GB (或以上) 硬碟：1TB (或以上) 作業系統：Windows 10 螢幕：22 型顯示器 (或以上) USB 無線網卡：無線傳輸最高 150Mbps (或以上)	壹	套
原有採購之後續擴充 <input type="checkbox"/> 是，擴充期間 _____、金額或數量 _____。 <input checked="" type="checkbox"/> 否。 交貨期限： <input checked="" type="checkbox"/> 合約生效日起 90 日內 <input type="checkbox"/> 民國 _____ 年 _____ 月 _____ 日前 <input type="checkbox"/> L/C 開出日起 _____ 日內。 保固期限：自驗收合格之日起， <input checked="" type="checkbox"/> 保固一年 <input type="checkbox"/> 保固 _____ 年。			

請購單位： 生命科學系

請購單位主管簽章： 請購人簽章： 

聯絡電話： 2612

本案規格內容係依政府採購法第 26 條訂定。

※政府採購法第 26 條：

機關辦理公告金額以上之採購，應依功能或效益訂定招標文件。其有國際標準或國家標準者，應從其規定。

機關所擬定、採用或適用之技術規格，其所標示之擬採購產品或服務之特性，諸如品質、性能、安全、尺寸、符號、術語、包裝、標誌及標示或生產程序、方法及評估之程序，在目的及效果上均不得限制競爭。招標文件不得要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者。但無法以精確之方式說明招標要求，而已在招標文件內註明諸如「或同等品」字樣者，不在此限。